AUDICOM

ANALIZADOR DE ELECTROLITOS VETERINARIO



JIANGSU AUDICOM MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD

Especificaciones Técnicas

IVD ISO 9001 ISO 13485 CE

Modelo	VET9903	VET9503	VET9503	VET9803	VET9203	VET9103
Item medido	K. Na. Cl. Ca. pH. TCO_2	K. Na. Cl. TCO_2	K. Na. Cl	K. Na. Cl, Ca, pH	K. Na. Cl. Ca, pH	K. Na. Cl
Item calculado	nCa. TCa. AG	-	-	nCa. TCa	nCa. TCa	-
Tiempo de medición	<100 segundos		<90 segundos (incluye muestreo y tiempo de lavado)		<45 segundos (incluye muestreo y tiempo de lavado)	
Tamaño muestra	160μL					
Almacena datos	SI					
Interface de comunicación	SI					
Display	Pantalla táctil full color					
Método de muestreo	Full Automatico (Autocargador)				Automático	
Calibración de la bomba	SI					
Alimentación eléctrica	~220V±22V or 110V±11V, 50Hz±1Hz, 65VA					
Tamaño	408mm X 390mm X 230mm					
Peso	8kg (Sin autocargador)			7kg (Sin autocargador)	6kg	
Método de medición	Método de electrodo selectivo de iones					
Condición trabajo	Temperatura: 15°C~30°C Humedad relativa: <85%					

Especificaciones de los parámetros de medición.

Item Medido	Rango en Sangre mmol/L	Rango en Orina mmol/L	Exactitud	Precisión
K	0.50~15.00	5.0~150.0	≤±3.0%	CV≤15%
Na	30.0~200.0	10.0~350.0	≤±3.0%	CV≤15%
Cl	30.0~200.0	10.0~300.0	≤±3.0%	CV≤15%
Ca	0.10~5.00	——	≤±5.0% o 0.05mmol/L	CV≤1.5%
pH	4.0~9.00	——	<0.15	CV<1.0%
TCO_2	4.0~70.00	——	≤3.0mmol/L	CV≤3.0%

Consulte el manual de operación para conocer los asuntos que requieren atención.

JIANGSU AUDICOM MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD

Dirección: 4F, No.4 Building, High-tech Industrial Park, No36 Nanwei 4 Rd., Dingmao, Zhenjiang, Jiangsu, China
Tel:0086-511-88880197 Fax:0086-511-84449169 P.C. 212009 E-mail: export@audicom.cn

Obtuvo el Certificado de Calidad ISO9001, número del certificado: 04716Q10319R4M
Obtuvo el Certificado de Calidad ISO13485, número del certificado: 04716Q10000327